

# 广西崇左东亚糖业有限公司 全钢中央实验台等设备采购招标公告

广西崇左东亚糖业有限公司全钢中央实验台等设备进行采购招标，特邀请有资质和意向的社会各单位前来投标，具体事项如下：

## 一、招标单位：

广西崇左东亚糖业有限公司

## 二、招标项目：

全钢中央实验台等设备，详见附表

项目现场联系人：韦梅娟 13878631646

## 三、投标单位的资质和要求：

投标单位不能是正在接受国家有关部门审查、被吊销营业执照、被注销、资质证书过期、被其他企业兼并（或收购）或目前因重大经济纠纷涉讼的法人。

## 四、投标方式：

4.1 投标截止时间：2018年10月29日17:00时。

4.2 邮寄或送投标材料地址及收件人：广西南宁市民族大道136-5号华润大厦C座23楼广西南宁东亚糖业集团采购部，曾敏（先生）13878861991，0771-5537197

4.3 投标书应包括含税价格、税率、付款条件、交货时间、交货地点等信息，盖合同章或公章后密封，并在密封处盖章，否则按废标处理。标书制作一份。

4.4 集中在东亚集团总部开标，由采购部与内审办共同参与，议标时间另行通知。

4.5 本公告解释权归广西崇左东亚糖业有限公司所有。

## 五、投标材料：

(1) 营业执照 (2) 授权经销或代理证书（如有） (3) 投标书

广西崇左东亚糖业有限公司  
2018年10月23日



序号	名称	材料规格型号	单位	数量	含税单价 (元)	含税金额 (元)	备注
1	1#全钢中央实验台 (原糖化验室)	长*宽*高=5000mm*1500mm*800mm 1、台面：采用 12.7M M 实心理化板，耐酸碱腐蚀。 2、柜体：采用 1.0mm 厚优质镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂； 3、框架：采用 1.0mm 厚优质镀锌冷轧钢板 4、隔板：采用 1.0mm 厚优质镀锌冷轧钢板； 抽屉、背板、侧板材料都是采用 1.0mm 厚优质镀锌冷轧钢板。 5、钢板表面：经酸洗磷化环氧树脂喷塑处理；	套	1			原糖化验室中央实验台两头装不锈钢水池及水龙头。
	试剂架（含滴水架）	长*宽*高=4000mm*300mm*750mm，铝合金支柱+12mm 厚玻璃板	个	1			
	不锈钢水池及龙头	水池尺寸：长*宽*高=800mm*600mm*400mm，采用 304 不锈钢，不锈钢板材厚度 1.2mm，水龙头为全铜材质实验室高杆水龙头。	个	2			镶嵌在原糖化验室中央实验台的两头（每个池内需隔开一小格且有溢流口做量筒冷却水池用，参照图纸）
2	2#全钢中央实验台 (精糖化验室)	长*宽*高=5000mm*1500mm*800mm 1、台面：采用 12.7M M 实心理化板，耐酸碱腐蚀。 2、柜体：采用 1.0mm 厚优质镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂； 3、框架：采用 1.0mm 厚优质镀锌冷轧钢板 4、隔板：采用 1.0mm 厚优质镀锌冷轧钢板； 抽屉、背板、侧板材料都是采用 1.0mm 厚优质镀锌冷轧钢板。 5、钢板表面：经酸洗磷化环氧树脂喷塑处理；	套	1			精糖化验室中央实验台单头装不锈钢水池及水龙头
	试剂架（含滴水架）	长*宽*高=4000mm*300mm*750mm，铝合金支柱+12mm 厚玻璃板	个	1			
	不锈钢水池及龙头	水池尺寸：长*宽*高=800mm*600mm*400mm，采用 304 不锈钢，不锈钢板材厚度 1.2mm，水龙头为全铜材质实验室高杆水龙头。	个	1			镶嵌在精糖化验室中央实验台的一头

3	全钢单边操作台	<p>总长 60m*宽 750mm*高 800mm:</p> <p>1、台面：采用 12.7M M 实心理化板，耐酸碱腐蚀。</p> <p>2、柜体：采用 1.0mm 厚优质镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂；</p> <p>3、框架：采用 1.0mm 厚优质镀锌冷轧钢板</p> <p>4、隔板：采用 1.0mm 厚优质镀锌冷轧钢板；</p> <p>抽屉、背板、侧板材料都是采用 1.0mm 厚优质镀锌冷轧钢板。</p> <p>5、钢板表面：经酸洗磷化环氧树脂喷塑处理；</p>	米	60		根据现场多个实验间的实验台布置图、不锈钢水池布置图安装，要求供应商根据布置图现场实地准确测量后再制作。
	不锈钢水池及龙头	水池尺寸：长*宽*高=600mm*500mm*300mm，采用 304 不锈钢，不锈钢板材厚度 1.2mm，水龙头为全铜材质实验室高杆水龙头。	个	6		
4	天平台	长*宽*高=5000mm*750mm*800mm，台面：大理石台面，全钢结构，框架：40*60mm、壁厚 4mm 优质方形钢管为支撑结构	米	5		总共两个天平台：其中一个长 3 米、另一个长 2 米
5	高温台	长*宽*高=7000mm*750mm*800mm，台面：大理石台面，全钢结构，框架：40*60mm、壁厚 4mm 优质方形钢管为支撑结构	米	8		总共两个高温台：其中一个长 4.5 米、另一个长 3.5 米
合计						





原糖化验室全钢中央实验台两头大水池需分格并且开溢流口，如下图

